



Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kawling 4-9

Jakarta Selatan 12950

(021) 5201590 (founding)

<https://www.farmakes.kemkes.go.id>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKL 20903123056

Nama Dagang / Merek	:	Umonium38 ® Medical Spray
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / B
Kategori Produk	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya
Jenis Produk	:	Liquid chemical sterilants/high level disinfectants.
Tipe / Ukuran	:	PF 12209; PF 12204; PF 12203 / 1L; 500 mL; 250 mL
Kemasan	:	Botol
Nama Produsen / Pabrikan	:	LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL, Belgium
Nama Pendaftar	:	PT ISOTEKINDO INTERTAMA, DKI Jakarta
Atas dasar lisensi dari	:	-

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dengan perubahan penandaan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20903123056 tanggal 28 Mei 2021. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 09 Oktober 2024



Olehdangkan Seorang Elektronik Oleh:

Menteri Kesehatan

Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan


Dr. Drs. I. Ridha Andholika, Sp., M.Pham, MM

NIP. 19800123 199401 3 004



Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah Dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRI.



UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY



DISINFECTANT, CLEANER SPRAY
FOR MEDICAL DEVICES
DISINFEKTS FROM 30 SECONDS

DISINFECTANT, SEMPROTAN PEMBERSIH
UNTUK PERANGKAT MEDIS
DISINFEKSI DARI 30 DETIK

MADE IN BELGIUM

BACTERICIDAL, MYCOBACTERICIDAL, FUNGICIDAL, VIRUCIDAL
EN1640:2006, EN1275:2005, EN13624:2004, EN13727:2001, EN14348:2005,
EN14476:2013, EN14561:2006, EN14562:2006, EN14563:2009

laboratoire
HUCKERT'S
INTERNATIONAL

CE 1639 MEDI-CHEM PH NEUTRAL MEDICAL DEVICE Class II

INDICATIONS: Cleaning and disinfection for invasive medical devices before sterilisation. Cleaning and disinfection for non-invasive medical devices and their surfaces. Transport of patient instruments.

INSTRUCTIONS: Transport: Set the spray to the "foam" position and cover the devices with the foam. Make sure to cover it well to limit evaporation. **Cleaning/Pre-disinfection:** Set the spray to the "foam" position. Spray and scrub the devices to eliminate all dirt. Rinse thoroughly with water* or using a cloth dampened with water*. If you are cleaning surfaces. **Disinfection:** Set the spray to the "fine spray" position. Spray over clean devices. Ensure a minimum contact time of 5 minutes. If you are cleaning invasive medical devices. Rinse with water*. If you are cleaning non-invasive medical device surfaces. Leave to dry or rinse with water* for using a cloth dampened with water* if necessary. *Clean during water* at room temperature. **PRECAUTIONS:**

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Consult specific directions and material safety data sheet.

INDIKASI: Pembersihan dan desinfeksi untuk peralatan medis invasi sebelum sterilisasi. Pembersihan dan desinfeksi untuk perangkat medis non-invasif dan permukaannya. Pemindahan instrumen pasien.

INSTRUKSI: Setel semprotan ke posisi "busa" dan tutup perangkat dengan busa. Pastikan untuk memutusnya dengan baik untuk membatasi penguapan. **Pembersihan/Pradisinfeksi:** Setel semprotan ke posisi "busa". Semprot dan gosok perangkat untuk menghilangkan semua kotoran. Bilas secara menyeluruh dengan air* atau gunakan kain yang dibasahi dengan air* jika Anda memberikan permukaan. **Disinfeksi:** Setel semprotan ke posisi "semprot halus". Semprotkan pada perangkat yang bersih. Basahkan waktu kontak minimal 5 menit. Jika Anda membersihkan perangkat medis invasi: Bilas dengan air*. Jika Anda membersihkan permukaan perangkat medis non-invasif: Basahkan hingga kering atau bilas dengan air* lalu gunakan kain yang dibasahi air* jika perlu. *Air minum bersih pada suhu kamar. **PENCEGAHAN:** Tangan sesuai dengan prosedur kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Jika terkena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis. Konsultasikan petunjuk khusus dan lembar data keamanan material.

500 ml E 17.6 fl.oz

E700262 - Ed 1.0 - 10/2021

COMPOSITION UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY: (A)D
N-benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethyl-aminonium chloride/N-benzyl-N-
N-dimethyl-N-tetradecyl-aminonium chloride, 3.3 g/L.

INDONESIA AUTHORIZED REPRESENTATIVE: PT. ISOTEKINDO INTERTAMA,
Jl. Raya Kebayoran Lantai No. 309 C, Jakarta 12210, Indonesia
MEDICAL DEVICE CLASS II - No. Reg. Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL XXXXXXXXXX

**laboratoire
HUCKERT'S
INTERNATIONAL** LABORATOIRE HUCKERT'S INTERNATIONAL
■ 20 Avenue Lavoisier - 1300 Wavre - BELGIUM
Tel: +32 (0)67 89 41 00 - www.huckerts.net



49